



CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965



Email: novc010008@istruzione.it; Pec: novc010008@pec.istruzione.it
sito internet: www.convittonovara.edu.it

VERBALE DI COLLAUDO

Riferimento fattura:

Convitto Nazionale CARLO ALBERTO e Scuole Annesse - NOVARA
Prot. 0002140 del 14/02/2024
VI-2 (Uscita)

- CIG: A015692380
- per un importo totale di € 9150 IVA compresa.
- Ditta fornitrice : ACQUARIA SRL

- **Descrizione bene:** CAPPА FLOW ACTIVA_HF 90 SN 811/23
- **Quantità:** 1
- **Marca:** Flow Activa
- **Modello:** KH9800

Si procede alle seguenti verifiche:

- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego. Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** SUPPORTO DA PAVIMENTO PER FLOW ACTIVA 90
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego. Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** LAMPADA UV 15W
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** TENDA A RULLO AUTOAVVOLGENTE CON BLOCCO DI CHIUSURA DA 90
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

- **Descrizione bene:** KIT 2 PRESE INTERNE A TORRETTA 230V/50HZ
- **Quantità:** 1

Si procede alle seguenti verifiche:

- Ispezione visiva esterna

Il collaudatore ha constatato la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.
Quantitativamente corrisponde al numero trascritto nella fattura.

Il dispositivo una volta posizionato è stato collegato all'alimentazione elettrica.

Si procede a verificare il quadro strumenti e la pulsantiera.

Ti testa il funzionamento della tenda auto-avvolgente, della lampada UV.

Si procede a verificare l'accensione della ventola per la movimentazione dei flussi d'aria e l'integrità esterna dei filtri.

Il dispositivo viene fornito con scheda tecnica riportante le specifiche.

La cappa risulta funzionante.

Si attesta che l'esito del collaudo della merce fornita è: **POSITIVO**

Il collaudatore

Ass. tecnico Daniele Cibelli



Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

Nicola Fonzo